

## Entscheidungsregel

Entsprechend der Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 muss bei Konformitätsaussagen in Prüfberichten die angewandte Entscheidungsregel dokumentiert werden (Abschnitt 7.8.6). Sofern sie nicht in der angeforderten Spezifikation bzw. Norm enthalten oder vom Kunden vorgegeben ist, gilt im iTLC für die Bewertung der Konformität von Prüfergebnissen folgende allgemeine Entscheidungsregel:

**1. bestanden / innerhalb der Toleranz / in Ordnung**

Messergebnisse  $\pm$  Messunsicherheit liegen innerhalb der vorgegebenen Spezifikationsgrenzen (Risiko: < 5 %) oder Messergebnisse liegen innerhalb der vorgegebenen Spezifikationsgrenzen, die Messunsicherheit überschreitet sie jedoch (Risiko:  $\leq$  50 %).

**2. nicht bestanden / außerhalb der Toleranz / nicht in Ordnung**

Messergebnisse liegen außerhalb der vorgegebenen Spezifikationsgrenzen.